# 澄清函

致各投标单位：

项目名称：《接触角测量仪》采购项目

项目编号：YG26ZG0055263

现就本项目招标文件有关技术参数，作出如下澄清：

原《接触角测量仪技术规范书》中关于技术参数要求：

由原：

4.平台参数：

d)全自动整体旋转360°旋转，精度0.01°，可顺时针旋转、逆时针旋转；

现澄清修改为：

4.平台参数：

d)全自动整体旋转180°旋转，精度0.01°，可顺时针旋转、逆时针旋转；

本澄清函为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。招标文件其他内容不变。

特此函告。

招标单位：广东中质检测技术有限公司

2026年10月27日