

中国远东国际招标有限公司

凝血分析流水线采购项目更正公告

一、项目基本情况

- 采购项目编号：0722-2025FE6705SZF-2
- 采购项目名称：凝血分析流水线
- 首次公告日期：2025 年 4 月 9 日

二、更正信息

- 更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果
- 更正内容：

(1) 为各投标人更好的响应本项目，对本项目《招标文件》第三章用户需求书中“二、具体技术要求”-“序号 4.11”的要求进行更正，更正为以下内容：

“▲原厂配套试剂，临床可发检查报告的检测项目包括：PT、APTT、FIB、TT、DD、AT、PC、PS、Anti-Xa、VWF:Ag、凝血因子、狼疮抗凝物等，且试剂和凝血分析仪器属于同一品牌”。

(2) 为各投标人更好的响应本项目，对本项目《招标文件》第三章用户需求书中“二、具体技术要求”-“配置清单★”-“序号 17”的要求进行更正，更正为以下内容：

“在线去盖模块 1 套（如所投产品功能为闭盖穿刺的无需提供）”。

(3) 为各投标人更好的响应本项目，对本项目《招标文件》第三章用户需求书中“二、具体技术要求”-“序号 4.13”的要求进行更正，更正为以下内容：

“▲D 二聚体测定试剂线性范围： $\geq 6.0\text{mg/L}$ FEU（投标人须提供体现该技术参数要求的试剂说明书）”。

(4) 递交投标文件时间更正为：2025 年 4 月 27 日下午 14 时 00 分~14 时 30 分（北京时间）。

(5) 投标截止及开标时间更正为：2025 年 4 月 27 日下午 14 时 30 分（北京时间）。

3. 其他条款不变。

4.更正日期：2025 年 4 月 21 日

三、其他补充事宜

采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改，本通知与原采购文件矛盾之处，以本通知为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

地 址：广东省深圳市龙岗区宝荷大道 113 号

联系人：吕老师

电 话：0755-66618168 转 14071

2. 采购代理机构信息

名 称：中国远东国际招标有限公司

地 址：深圳市福田区上步南路 1001 号锦峰大厦 22 楼

联系人：陈工

电 话：0755-82078819、82077364 转 121

传 真：0755-82077519

邮 箱：info@zgyd11.com、dept2@zgyd11.com

3. 项目联系方式

项目联系人：黄工、王工

电 话：0755-82077536 转 107、103

中国远东国际招标有限公司

2025 年 4 月 21 日